zentraler Thüringer Formularpool

Auftrags- und Erfassungsbogen zur hygienisch-mikrobiologischen Prüfung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) Programm für OP-Schuhe

Einsender (Auftraggeber / Einrichtung)

Name, Straße, Ort, Telefonnummer	Entnahme**datum**	Entnahme**uhrzeit**
	Probenehmer	
	Unterschrift Probenehmer	

Angaben zum RDG

Hersteller, Typ, Bezeichnung	Art / Grund der Prüfung
	☐ Periodische Prüfung
Hersteller Nr./Geräte Nr.	☐ Außerordentliche Prüfung
	☐ Reparatur
Standort der Maschine	☐ Prüfung nach Neuaufstellung

Angaben zum geprüften Prozess / Verfahrensparameter

Geprüftes Programm	Reinigungsmitel	Desinfektionsmittelzusatz
☐ chemisch-thermisch °C		☐
☐ thermisch °C		

Wirkbereich

☐ A (vegetative Bakterien und Pilze)

☐ A/B (vegetative Bakterien, Pilze und Viren)

Bioindikatoren – Edelstahlplättchen

PK & NK nicht in Prozess einbringen!

PA RAMS, Testkeim *E. faecium* mit Keimzahl ≥ 10^7

Position der Edelstahlplättchen	Ergebnis - Optische Sauberkeit -	
M 01	☐ sauber	☐ nicht sauber
M 02	☐ sauber	☐ nicht sauber
M 03	☐ sauber	☐ nicht sauber
M 04	☐ sauber	☐ nicht sauber
M 05	☐ sauber	☐ nicht sauber
M 06	☐ sauber	☐ nicht sauber
M 07	☐ sauber	☐ nicht sauber
M 08	☐ sauber	☐ nicht sauber
M 09	☐ sauber	☐ nicht sauber
M 10	☐ sauber	☐ nicht sauber
M 11 (PK)	☐ sauber	☒ nicht sauber
M 12 (PK)	☐ sauber	☒ nicht sauber
M 13 (PK)	☐ sauber	☒ nicht sauber
M 14 (NK)	☒ sauber	☐ nicht sauber

© FJD Information Technologies AG – www.fjd.de
KHH-007-TH-FL – 01-2026

zentraler Thüringer Formularpool

Auftrags- und Erfassungsbogen zur hygienisch-mikrobiologischen Prüfung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) Programm für OP-Schuhe

(wird vom Labor ausgefüllt)		
Probeneingang	Prüfungsbeginn	Signum Mitarbeiter
Datum / Uhrzeit	*Datum / Uhrzeit*	
Labor-Nr.	Chargen-Nr. Bioindikator	Verfallsdatum Bioindikator

© FJD Information Technologies AG – www.fjd.de
KHH-007-TH-FL – 01-2026